



Wieruszów 30.11.2011

NZOZ-SZ.P/SZP/4/2011

Oddziały:

- chorób wewnętrznych,
- pediatryczny,
- ginekologiczno-położniczy,
- neonatologiczny,
- Izba Przyjęć.

Poradnie:

- chirurgiczna,
- ortopedyczna,
- ginekologiczno-położnicza,
- diabetologiczna,
- neurologiczna,
- dermatologiczna,
- gruźlicy i chorób płuc,
- zdrowia psychicznego,
- psychologiczna,
- rehabilitacyjna,

Pracownie:

- USG,
- EKG,
- Endoskopii,
- diagnostyki obrazowej,
- fizykoterapii,
- kinezyterapii,
- fizjoterapii,

Dział Rehabilitacji

Zakład Opiekuńczo-
Lecznicy

Hospicjum Domowe

Pogotowie Ratunkowe

- gabinet lekarza POZ,
- gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej,
- gabinet zabiegowy,
- zespół transportu sanitarnego,
- zespół wyjazdowy „W”,
- zespół wyjazdowy „R”,
- dyspozytornia

Gabinet Medycyny Szkolnej

Dane teled adresowe:

98-400 Wieruszów
ul. Warszawska 104

Tel. fax (062) 7845502
centrala (062) 7845500
(062) 7845501
Sekretariat (062) 7845502
Fax (062) 7845502

Odpowiedzi na pytania z dnia 29.11.2011
Dot. .: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:
3/2010/PCM. Nazwa zadania: **Dostawa opatrunków i sprzętu
jednorazowego dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ
Szpital Powiatowy w Wieruszowie**

Pytanie nr 1

Pakiet 15 poz. 2,3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie powyższych pozycji z pakietu ze względu na ich specyfikę i przeniesienie ich do pakietu nr 11(papiery medyczne), umożliwi to złożenie większej ilości ofert w korzystnych cenach. Dzięki temu powstanie oddzielny pakiet na Elektromedycynę.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu nr 15 poz. 2 i 3 i przynosi je do pakietu nr 11.

Pytanie nr 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pakiecie równoważnych elektrod do EKG:

Pozycja 2.- Elektroda do Holtera typu R-LLL 510 dla dorosłych z żeltem stałym.

Pozycja 3.- Elektroda do EKG typu R-LFO-510 dla dorosłych do badań wysiłkowych z żeltem stałym.

Ponadto wprowadzenie zapisu nazwy elektrody preferuje produkt konkretnego producenta, co stoi w sprzeczności z zasadami wyrażonymi w art. 7, 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.).

Odpowiedź nr 2

Zamawiający użył złego sformułowania opisując elektrody, podana nazwa nie oznacza nazwy elektrody. Zamawiający dopuszcza elektrody różnolodne do EKG.

Pytanie nr 3

Dotyczy SIWZ pkt VI G

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy poprzez powyższy zapis wymagane są dokumenty zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, a dokładniej zgodnie z klasyfikacją wyrobów medycznych - czyli w przypadku wyrobów klasy I (bez funkcji pomiarowej i niesterylnych) wystarczające jest złożenie deklaracji zgodności, natomiast dla klasy II dodatkowo złożyć certyfikat CE (mamy na uwadze treść art. 29 ust 5 ustawy z 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych).