



Oddziały:

- chorób wewnętrznych,
- pediatryczny,
- ginekologiczno-położniczy,
- neonatologiczny,
- Izba Przyjęć.

Poradnie:

- chirurgiczna,
- ortopedyczna,
- ginekologiczno-położnicza,
- diabetologiczna,
- neurologiczna,
- dermatologiczna,
- gruźlicy i chorób płuc,
- zdrowia psychicznego,
- psychologiczna,
- rehabilitacyjna,

Pracownie:

- USG,
- EKG,
- Endoskopii,
- diagnostyki obrazowej,
- fizykoterapii,
- kinezyterapii,
- fizjoterapii,

Dział Rehabilitacji

Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy

Hospicjum Domowe

Pogotowie Ratunkowe

- gabinet lekarza POZ,
- gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej,
- gabinet zabiegowy,
- zespół transportu sanitarnego,
- zespół wyjazdowy „W”,
- zespół wyjazdowy „R”,
- dyspozytornia

Gabinet Medycyny Szkolnej

Dane teleadresowe:

98-400 Wieruszów
ul. Warszawska 104

Tel. fax (062) 7845502
centrala (062) 7845500
(062) 7845501
Sekretariat (062) 7845502
Fax (062) 7845502

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie pasków testowych do GLUKOMETRU ON-CALL ADVANCED wraz z dostawą ustalonej ilości glukometrów ON-CALL ADVANCED w cenie zamawianych pasków?

Odpowiedź nr 13

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie pasków testowych do GLUKOMETRU ON-CALL ADVANCED wraz z dostawą ustalonej ilości glukometrów ON-CALL ADVANCED w cenie zamawianych pasków.

Pytanie nr 14

Pakiet nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów i w konsekwencji obniżyć wartość zamówienia.

Odpowiedź nr 14

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15

Pakiet nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 10, pozycja 1, umożliwi to złożenie ofert większej liczbie oferentów, włączając bezpośrednie oferty producentów, a tym samym możliwość uzyskania przez Zamawiającego korzystniejszej oferty cenowej. Jeżeli nie to prosimy o dopuszczenie do zaoferowania w tej pozycji cewników do drenażu opłucnej Ch24 o długości 500mm.

Odpowiedź nr 15

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w tej pozycji cewników do drenażu opłucnej Ch24 o długości 500mm.

Pytanie nr 16

Pakiet nr 10 poz. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do zaoferowania w tych pozycjach cewników silikonowanych?

Odpowiedź nr 16

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie do zaoferowania w tych pozycjach cewników silikonowanych.

Pytanie nr 17

Pakiet nr 14 poz. 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do zaoferowania w tej pozycji rurek ustno-gardłowych Guedela w rozmiarze 000 o długości 40mm?

Odpowiedź nr 17

Zamawiający wyraża zgodę.