



Wieruszów 23.11.2012

Oddziały:  
- chorób wewnętrznych,  
- pediatryczny,  
- Izba Przyjęć.  
- chirurgia jednego dnia

Poradnie:  
- chirurgiczna,  
- ortopedyczna,  
- ginekologiczno-położnicza,  
- diabetologiczna,  
- neurologiczna,  
- dermatologiczna,  
- gruźlicy i chorób płuc,  
- zdrowia psychicznego,  
- okulistyczna,  
- rehabilitacyjna,

Pracownie:  
- USG,  
- EKG,  
- Endoskopii,  
- diagnostyki obrazowej,  
- fizykoterapii,  
- kinezyterapii,  
- fizjoterapii,

Dział Rehabilitacji

Zakład Opiekuńczo-  
Leczniczy

Hospicjum Domowe

Pogotowie Ratunkowe  
- gabinet lekarza POZ,  
- gabinet pielęgniarki i  
położnej środowiskowej,  
- gabinet zabiegowy,  
- zespół transportu  
sanitarnego,  
- zespół wyjazdowy „P”,  
- zespół wyjazdowy „S”,  
- dyspozytornia

Gabinet Medycyny Szkolnej

Dane teleadresowe:

98-400 Wieruszów  
ul. Warszawska 104

Tel. fax (062) 7845502  
centrala (062) 7845500

Sekretariat (062) 7845502  
Fax (062) 7845502

**Odpowiedzi na pytania dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:9/2012/PCM. Nazwa zadania: Dostawa aparatu do znieczulenia**

**Pytanie nr 1**

pkt. II.4 Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w 2 pojemne szuflady na drobne akcesoria z zabezpieczeniem przed nieupoważnionym otwarciem? Zazwyczaj pojemność szuflad a nie ich ilość jest parametrem istotniejszym z punktu widzenia użytkownika aparatu.

**Odpowiedź nr 1**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 2**

pkt. II.23 Czy Zamawiający dopuści czujniki przepływu, wielorazowego użytku, które nie są przeznaczone do sterylizacji parowej?

**Odpowiedź nr 2**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 3**

pkt. III.2 Czy Zamawiający dopuści aparat sterowany elektronicznie z napędem pneumatycznym? Jest to standardowe rozwiązanie stosowane przez wszystkich wiodących producentów aparatów do znieczulania. Aparaty o napędzie elektrycznym posiada w swojej ofercie wyłącznie firma Draeger.

**Odpowiedź nr 3**

Nie - Zamawiający nie dopuszcza aparatu z napędem pneumatycznym. Zamawiający ma prawo opisać w taki sposób przedmiot zamówienia, aby otrzymać sprzęt o optymalnych parametrach i taki jaki będzie mu przydatny w pracy.