



Oddziały:

- chorób wewnętrznych,
- pediatryczny,
- Izba Przyjęć.
- chirurgia jednego dnia

Poradnie:

- chirurgiczna,
- ortopedyczna,
- ginekologiczno-położnicza,
- diabetologiczna,
- neurologiczna,
- dermatologiczna,
- gruźlicy i chorób płuc,
- zdrowia psychicznego,
- okulistyczna,
- rehabilitacyjna,

Pracownie:

- USG,
- EKG,
- Endoskopii,
- diagnostyki obrazowej,
- fizykoterapii,
- kinezyterapii,
- fizjoterapii,

Dział Rehabilitacji

Zakład Opiekuńczo-
Lecznicy

Hospicjum Domowe

Pogotowie Ratunkowe

- gabinet lekarza POZ,
- gabinet pielęgniarki i
położnej środowiskowej,
- gabinet zabiegowy,
- zespół transportu
sanitarnego,
- zespół wyjazdowy „P”,
- zespół wyjazdowy „S”,
- dyspozytornia

Gabinet Medycyny Szkolnej

Dane teleadresowe:

98-400 Wieruszów
ul. Warszawska 104

Tel. fax (062) 7845502
centrala (062) 7845500

Sekretariat (062) 7845502
Fax (062) 7845502

Pytanie nr 4

pkt. III.7 Czy Zamawiający dopuści aparat z nowocześniejszym zabezpieczeniem z na wypadek bezdechu w trybie PSV, tzn. alarm i automatyczne rozpoczęcie wentylacji przez aparat w przypadku wykrycia bezdechu zamiast przełączenia na wentylację mechaniczną? Jest to rozwiązanie aktualnie stosowane przez wszystkich producentów aparatów do znieczulania.

Odpowiedź nr 4

Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5

pkt. IV.5 Czy Zamawiający dopuści PEEP regulowany w szerszym zakresie 4-30 cmH2O?

Odpowiedź nr 5

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6

pkt. VII.7 Czy Zamawiający dopuści bezpieczne i wygodne mocowanie zestawu monitorującego do aparatu, umożliwiające łatwe dopasowanie położenia ekranu za pomocą stacji dokującej ułatwiającej zakładanie i zdejmowanie monitora bez zasilania elektrycznego? Aparat jest wyposażony w 3 dodatkowe gniazda zasilania 230V.

Odpowiedź nr 6

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7

pkt. XIV.4 Czy Zamawiający uzna za wystarczające aby monitor posiadał możliwość rozbudowy o monitorowanie innych parametrów takich jak: EEG, rzut minutowy serca metodą termodylucji i PICCO, CO2, BIS, IKG, SvO2, mechanika oddechowa RM?

Odpowiedź nr 7

Zamawiający wyraża zgodę.