

**Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o.**  
**NZOZ Szpital Powiatowy**  
**Ul. Warszawska 104**  
**98-400 Wieruszów**

W dniu 10 marca oraz 12 marca 2009 r. wpłynęły zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansu typu C z wyposażeniem . Znak sprawy 1/2009

Poniżej przedstawiamy nadesłane pytania i odpowiedzi do nich.

Pytanie:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ambulansu z silnikiem o pojemności 2148 cm<sup>3</sup>, który spełnia pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ambulansu z silnikiem o pojemności 2148 cm<sup>3</sup>, który spełnia pozostałe wymagania Zamawiającego.

Pytanie:

2. Czy Zamawiający wymaga by długość przedziału medycznego oferowanego ambulansu mierzona zgodnie z punktem 4.5.2.1 normy PN EN 1789 wynosiła co najmniej 325 cm?

Uzasadnienie : Opisane wymagania minimalne dotyczące wykonania przedziału medycznego narzucają konieczność zaoferowania pojazdów o wymiarach przedziału medycznego nie mniejszych niż 3,2cm . Zwiększenie długości przedziału medycznego do min 3,20cm nie eliminuje żadnego z potencjalnych oferentów oraz nie wskazuje na żadnego z przedstawicieli pojazdu bazowego , gdyż wszyscy producenci w swojej gamie pojazdów posiadają auta o wymiarach części ładunkowej przekraczającej 3,20 cm . Dla przykładu podajemy kilka danych z oficjalnych stron producentów pojazdów : Mercedes Sprinter długość przedziału ładunkowego 3,25m , Volkswagen Crafter długość przedziału ładunkowego 3,25m , Renault Master – długość nawet do 3,63m , Ford Transit – długość 3,39m , Fiat Ducato – 3,70m

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga by długość przedziału medycznego oferowanego ambulansu mierzona zgodnie z punktem 4.5.2.1 normy PN EN 1789 wynosiła co najmniej 325 cm

Pytanie:

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nosze nie posiadające funkcji odgięcia głowy do tyłu i funkcji skrócenie długości noszy umożliwiającej ustawienie krzesła transportowego ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania nosze nie posiadające funkcji odgięcia głowy do tyłu i funkcji skrócenie długości noszy umożliwiającej ustawienie krzesła transportowego.

Pytanie:

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania krzesło transportowe spełniające wszystkie wymagania bez ramienia o regulowanej długości i systemu szyn do zjazdu po schodach ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania krzesło transportowe spełniające wszystkie wymagania bez ramienia o regulowanej długości i systemu szyn do zjazdu po schodach.

Pytanie:

5. W związku z dwójako określonymi parametrami respiratora prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany respirator posiadał wentylację tlenem o stężeniu 100% lub max 60% w trybie wentylacji automatycznej oraz przepływ w trybie automatycznym od 6 do 40 l/min jako parametr minimalny ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby zaoferowany respirator posiadał wentylację tlenem o stężeniu 100% lub max 60% w trybie wentylacji automatycznej oraz przepływ w trybie automatycznym od 6 do 40 l/min jako parametr minimalny.

Pytanie:

6. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany kapnometr posiadał uchwyt przeznaczony do transportu aparatu w karetkie zgodny z normą PN EN 1789?

Uzasadnienie : Wszystkie urządzenia medyczne przeznaczone do pracy w ambulansach drogowych muszą być zgodne z obowiązującymi normami a ich systemy mocowań muszą posiadać potwierdzenie zgodności z normą PN EN 1789.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby zaoferowany kapnometr posiadał uchwyt przeznaczony do transportu aparatu w karetkie zgodny z normą PN EN 1789

Pytanie:

7. Czy najważniejszym wyznacznikiem jest Cena?

Odpowiedź:

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena natomiast samochód musi spełniać określone parametry techniczne, które zostały opisane szczegółowo w załączniku do SIWZ.