

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA – PARAMETRY (WYMAGANIA)
TECHNICZNE**

Lp.	Parametry wymagane (opis funkcji wymaganego parametru)	Parametry oferowane (podać zakres lub opisać)
1.	Przetwornik kamery - kolor	
2.	Kąt obserwacji obrazu min. 140°	
3.	Średnica kanału roboczego min 3,7 mm	
4.	Średnica zewnętrzna sondy max 12,8 mm	
5.	Głębina ostrości 3-100 mm	
6.	Długość sondy min 1680 mm	
7.	zgięcia końcówki: Góra/dół min 180°/180° prawo/lewo min. 160°/160°	
8.	Min 4 programowalne przyciski endoskopowe). Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu tj. minimum zamrożenia obrazu, przysłony irysowej, wyostrenia obrazu, wyboru wielkości obrazu, zrzutu obrazu na urządzenie zewnętrzne typu wideoprinter oraz komputer PC.	
9.	Możliwość zaprogramowania jednego z przycisków do sterowania pompą wodną typu Water Jet	
10.	Urządzenie dostarczone z pompą wodną typu Water Jet z płynną regulacją mocy płukania, możliwością sterowania pompy z głowicy endoskopu	
11.	Współpraca z posiadanym torem wizyjnym Olympus EXERA	

Data.....

.....
Pieczętka, podpis Wykonawcy