

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o.
NZOZ Szpital Powiatowy
Ul. Warszawska 104
98-400 Wieruszów

W dniu 2 kwietnia 2009 r. wpłynęły zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem i szkoleniem wideo gastrokopu szt. 2, automatycznej myjki endoskopowej oraz myjki ultradźwiękowej. Znak sprawy 2/2009
Poniżej przedstawiamy nadesłane pytania i odpowiedzi do nich.

Pytania i odpowiedzi do zadania nr 2

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2 stosowanie w myjni endoskopowej środków dezynfekcyjnych wielorazowego użytku nie wymagających podgrzewania i zlewania do kanalizacji po jednorazowym procesie mycia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 2 stosowanie w myjni endoskopowej środków dezynfekcyjnych wielorazowego użytku nie wymagających podgrzewania i zlewania do kanalizacji po jednorazowym procesie mycia

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2 automatyczną myjnię przeprowadzającą proces dezynfekcji w temperaturze pokojowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 2 automatyczną myjnię przeprowadzającą proces dezynfekcji w temperaturze pokojowej.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2 wykonanie testu szczelności dla aparatów endoskopowych na początku procesu mycia zamiast ciągłego testu szczelności podczas całego procesu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 2 wykonanie testu szczelności dla aparatów endoskopowych na początku procesu mycia zamiast ciągłego testu szczelności podczas całego procesu.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 może odstąpić od wymagania kondensacji oparów środków dezynfekujących w myjni.

Odpowiedź:

Zamawiający w zadaniu nr 2 odstępuje od wymagania kondensacji oparów środków dezynfekujących w myjni.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 może odstąpić od wymagania procesu samodezynfekcji myjni.

Odpowiedź:

Zamawiający w zadaniu nr 2 odstępuje od wymagania procesu samodezynfekcji myjni.