

**Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o.
NZOZ Szpital Powiatowy
Ul. Warszawska 104
98-400 Wieruszów**

W dniu 2 kwietnia 2009 r. wpłynęły zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem i szkoleniem wideo gastrokopu szt. 2, automatycznej myjki endoskopowej oraz myjki ultradźwiękowej. Znak sprawy 2/2009

Poniżej przedstawiamy nadesłane pytania i odpowiedzi do nich.

Pytania i odpowiedzi do zadania nr 3

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o mocy maksymalnej 900VA? Związane jest to z wyposażeniem myjki w innowacyjny pulsacyjny system przepływowego mycia kanałów oraz wbudowanej pompy spustowej z komory mycia. Zapis w SIWZ mówiący o mocy urządzenia 600VA jest zapisem ograniczającym wolną konkurencję na rynku oraz wskazuje na konkretnego wykonawcę. Dopuszczenie oferowanego przez nas urządzenia pozwoli na dokonanie najbardziej optymalnego wyboru pod względem ekonomicznym i użytkowym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o mocy maksymalnej 900VA.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o częstotliwości pracy max. 38kHz? Związane jest to z innowacyjnym rozmieszczeniem generatorów ultradźwięków w urządzeniu, mającym na celu optymalne wykorzystanie całej powierzchni użytkowej myjni oraz optymalizację efektów mycia. Zapis w SIWZ mówiący o częstotliwości pracy 40kHz jest zapisem ograniczającym wolną konkurencję na rynku oraz wskazuje na konkretnego wykonawcę. Dopuszczenie oferowanego przez nas urządzenia pozwoli na dokonanie najbardziej optymalnego wyboru pod względem ekonomicznym i użytkowym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o częstotliwości pracy max. 38kHz.