

**Odpowiedzi do pytań dotyczących przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu medycznego dla oddziału ginekologiczno – położniczy dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor:

- a) Poz. 21 analiza odchylenia odcinek ST z wybranego dowolnego odprowadzenia
- b) Poz. 25 100 sztuk jednorazowych elektrod EKG na podkładzie z gąbki z centrycznie położonym złączem do podłączenia końcówek EKG.

**Odpowiedź 1**

- a) Zamawiający nie wyraża zgody w poz. 21 na analizę odchylenia odcinka ST z wybranego dowolnego odprowadzenia
- c) Zamawiający wyraża zgodę w poz. 25 na 100 sztuk jednorazowych elektrod EKG na podkładzie z gąbki z centrycznie położonym złączem do podłączenia końcówek EKG.

**Pytanie nr 2**

Czy dopuście Państwo defibrylator o parametrach lepszych niż wymagane tzn. z 3-kanałowym rejestratorem EKG na papier o szerokości 90mm?

**Odpowiedź nr 2**

Zamawiający dopuszcza defibrylator o parametrach lepszych niż wymagane tzn. z 3-kanałowym rejestratorem EKG na papier o szerokości 90mm.

**Pytanie nr 3**

Czy dopuście Państwo defibrylator o następujących parametrach stymulacji zewnętrznej: częstotliwość 30-180 imp/mln i natężenie prądu 0-140 mA?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 4**

Czy dopuście Państwo defibrylator z monitorem o przekątnej 5,7?

**Odpowiedź nr 4**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej jakości klasy defibrylator dwufazowy:

- a) Z ładowaniem energii defibrylacji, wyzwoleniem na tyżeczkach defibrylacyjnych i wyborem energii defibrylacji na panelu defibrylatora
- b) Z automatycznie wykonywanym autotestem każdorazowo po załączeniu defibrylatora

**Odpowiedź 5**

Zamawiający wyraża zgodę na pytania z pkt a i b.

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający zaakceptuje w przetargu wysokiej klasy kardiomonitor spełniający wszystkie Państwa wymagania lecz z :

- a) Prostą intuicyjną obsługą menu za pomocą ekranu dotykowego
- b) Z 100 jednorazowymi elektrodami EKG na podkładzie z gąbki, ogólnie dostępnymi, z klasycznie – na środku elektrody położonym złączem do podłączenia końcówek EKG

**Odpowiedź nr 6**

- a) Zamawiający nie wyraża zgody na Prosta intuicyjną obsługą menu za pomocą ekranu dotykowego
- b) Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie nr 7**

- a) Czy zostanie dopuszczony defibrylator z zasilaniem akumulatorowym bez zasilania sieciowego?
- b) Czy zostanie dopuszczony defibrylator jednofazowy?
- c) Czy zostanie dopuszczony defibrylator z ekranem monochromatycznym LCD?
- d) Czy zostanie dopuszczony defibrylator bez funkcji kardiowersji?
- e) Czy zostanie dopuszczony defibrylator bez możliwości wyświetlenia jednoczesnego zapisu 3 monitorowanych odprowadzeń EKG?

**Odpowiedź nr 7**

Zamawiający w pkt a, b, c, d, e – nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości kardiomonitor bez możliwości rozbudowy o pomiar rzutu minutowego?

**Odpowiedź nr 8**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy monitor stacjonarno – przenośny z rączką umożliwiającą przenoszenie o pełnej wadze z akumulatorami 6,4 kg?

**Odpowiedź nr 9**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 10**

Czy Zamawiający zaakceptuje monitor posiadający trendy graficzne i numeryczne wszystkich mierzonych parametrów w ciągu 24 godzin?

**Odpowiedź nr 10**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 11**

Czy Zamawiający dopuści monitor nie posiadający możliwości wyświetlania mini trendów przy odpowiadającej jej krzywej oraz możliwości wyświetlenia na ekranie monitora jednocześnie 5 pomiarów ciśnienia krwi z krzywymi dynamicznymi?

**Odpowiedź nr 11**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający zaakceptuje monitor posiadający możliwość wyboru wyświetlanych parametrów oraz ich krzywych, bez możliwości wyświetlania ekranu z samymi dużymi cyframi?

**Odpowiedź nr 12**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający zaakceptuje monitor nie posiadający możliwości zapamiętywania odcinków krzywych?

**Odpowiedź nr 13**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 14**

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy monitor którego pomiar EKG jest realizowany za pomocą zaawansowanego algorytmu Ek –Pro z pomiarem częstości pracy serca w zakresie od 30 do 300 B/min z możliwością obserwacji częstości pracy serca z pomiary saturacji od 25 B/min oraz nie posiadający możliwości analizy odchylenia odcinka ST z nastawą granic alarmowych?

**Odpowiedź nr 14**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 15**

Czy Zamawiający zaakceptuje monitor posiadający analizę podstawowych arytmii zagrażających życiu asysto lii, tachykardii komorowych, migotania komór, bradykardia?

**Odpowiedź nr 15**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 16**

Czy Zamawiający dopuści monitor z czasem repetycji pomiarów ciśnienia w zakresie od 0 do 240 min?

**Odpowiedź nr 16**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 17**

Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta dokonujący pomiaru 2 temperatur w różnych miejscach z możliwością wyświetlania obu naraz ale nie posiadających pomiaru temperatury różnicowej?

**Odpowiedź nr 17**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 18**

Czy Zamawiający zechce przedłużyć termin dostawy sprzętu do 45 dni od momentu podpisania umowy?

**Odpowiedź nr 18**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 19**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu usługi serwisowej do 48 godzin od zgłoszenia?

**Odpowiedź nr 19**

Zamawiający nie wyraża zgody.