

Odpowiedzi do pytań dotyczących przetargu nieograniczonego na dostawę opatrunków i sprzętu jednorazowego użytku dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu nr 13 paski testowe ACC-CHEK ACTIVE ?

**Odpowiedź Nr 1**

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z pakietu nr 13 pasków ACC- CHEK , jednocześnie tworzy pakiet nr 13 a – Paski ACC – CHEK.

**Pytanie nr 2**

Prosimy o dopuszczenie papieru w rozmiarze 1300x1500 mm

**Odpowiedź nr 2**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuści wskaźniki chemiczne pakowane po 250 pasków w odpowiednim przeliczeniu ceny w ofercie?

**Odpowiedź nr 3**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 4**

Prosimy o dopuszczenie rękawa w rozmiarze 300mm x60x100m.

**Odpowiedź nr 4**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 5**

Prosimy o dopuszczenie rękawa w rozmiarze 400mmx80x100m .

**Odpowiedź nr 5**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 6**

Prosimy o dopuszczenie rękawa w rozmiarze 75mmx30x100mm

**Odpowiedź nr 6**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 7**

Prosimy o dopuszczenie rękawa w rozmiarze 75x200mm

**Odpowiedź nr 7**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 8**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu dostaw do 4 dni.

**Odpowiedź nr 8**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 9**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie do § 5 ust. dotyczącego waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy

1. Każdej ze stron niniejszej umowy przysługuje prawo do waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy, przy czym waloryzacja ta może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn.
2. Za ważną przyczynę w rozumieniu ust. 1 uważa się w szczególności:
  - a) podyktowaną przez producenta zmianę cen asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia,
  - b) zmianę publikowanego przez NBP średniego kursu waluty w której wykonawca dokonuje rozliczeń z dostawcą/producentem, jeżeli krajem pochodzenia towaru nie jest Rzeczpospolita Polska,

**Odpowiedź nr 9**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 10**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu w ww. ust. w następujący sposób: „a) Zwłokę w dostawie w odniesieniu do terminu określonego w § 2 pkt.3 niniejszej umowy w wysokości 0,2% wartości niedostarczonej dostawy.”

**Odpowiedź nr 10**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 11**

Pakiet nr 15 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych o długości 500 mm

**Odpowiedź nr 11**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 12**

Pakiet nr 15 poz. 6,7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycjach cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych o długości 600 mm

**Odpowiedź nr 12**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 13**

Pakiet nr 15 poz. 10

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji cewnik do podawania tlenu przez nos o długości drenu 2200 mm i łącznej długości 2700 mm.

**Odpowiedź nr 13**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 14**

Pakiet nr 15 poz. 11-24

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycjach cewniki Foley'a silikonowane (wykonane z wysokiej jakości lateksu pokrytego 100% silikonem).

**Odpowiedź nr 14**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 15**

Pakiet nr 15 poz. 11, 24

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji cewnik Foley'a o pojemności balonika 3-5 ml

**Odpowiedź nr 15**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 16**

Pakiet nr 15 poz. 13-16, 18, 20, 23

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji cewnik Foley'a o pojemności balonika 5-10 ml.

**Odpowiedź nr 16**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 17**

Pakiet nr 15 poz. 17, 19, 21

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji cewnik Foley'a o pojemności balonika 15-30 ml.

**Odpowiedź nr 17**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 18**

Czy Zamawiający w ww. pozycji miał na myśli cewnik Thorax? Jeśli tak zwracamy się z prośbą o dopuszczenie cewnika o długości 500 mm.

**Odpowiedź nr 18**

Pakiet nr 15 poz. 32

Zamawiający nie miał na myśli cewnika Thorax.

**Pytanie nr 19**

Pakiet nr 17 poz. 1-4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy nie zaszła jakaś pomyłka w opisie przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź nr 19**

Zamawiający pomyłkowo umieścił w pakiecie nr 17 pozycje 1-4. Prosimy o nieuwzględnianie w/w pozycji.

**Pytanie nr 20**

Pakiet nr 19 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie typu papieru (np: K-61B, K-65HM).

**Odpowiedź nr 20**

Zamawiający zamawia papier K-61B.

**Pytanie nr 21**

Pakiet 8 poz. 4,5,6 Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe diagnostyczne, jednorazowego użytku, teksturowane, bezpudrowe, rolowany mankiet, rozmiar odpowiednio do pozycji: Lx100, Mx100, Sx100?

**Odpowiedź nr 21**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 22**

Pakiet 12 poz. 9,10 Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pomp infuzyjnych o śr. wew. 1,24mm?

**Odpowiedź nr 22**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 23**

Pakiet nr 12 Poz. 11 Czy Zamawiający pisząc „wolną od PCV” ma na myśli cały przyrząd czy tylko komorę kroplową?

**Odpowiedź nr 23**

Zamawiający ma na myśli komorę kroplową.

**Pytanie nr 24**

Pakiet nr 12 Poz. 14, 16, 17, 20 Uprzejmie prosimy Zamawiającego o odstąpienie o wymogu nazwy producenta na strzykawce. Zaproponowana zmiana umożliwi złożenie oferty większej ilości Wykonawców, co jest korzystne dla Zamawiającego zarówno pod względem jakościowym jak i cenowym.

**Odpowiedź nr 24**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 25**

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za op.=100szt. z odpowiednim przeliczeniem sztuk na opakowania.

**Odpowiedź nr 25**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 25**

Pakiet 12 Poz. 15 Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z igłą 0,5x16.

**Odpowiedź nr 25**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 26**

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za op.=100szt. lub op.=200szt. z odpowiednim przeliczeniem sztuk na opakowania.

**Odpowiedź nr 26**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 27**

Pakiet nr 12 Poz. 21-29 Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie z teflonu?

**Odpowiedź nr 27**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 28**

Pakiet nr 12 Poz. 21-29 Czy Zamawiający dopuści kaniule posiadające trzpień zamykający powyżej krawędzi korka?

**Odpowiedź nr 28**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 29**

Pakiet nr 12 Poz. 21-29 Czy Zamawiający dopuści kaniule posiadające min. 3 paski RTG?

**Odpowiedź nr 29**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 30**

Pakiet nr 12 Poz. 21 Czy Zamawiający dopuści kaniulę 1,5x45?

**Odpowiedź nr 30**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 31**

Pakiet nr 12 Poz. 22 Czy Zamawiający dopuści kaniulę 1,3x45 lub 1,3x33?

**Odpowiedź nr 31**

Zamawiający wyraża zgodna 1,3x33.

**Pytanie nr 32**

Pakiet nr 12 Poz. 23 Czy Zamawiający dopuści kaniulę 1,3x45 lub 1,3x33?

**Odpowiedź nr 32**

Zamawiający dopuszcza kaniulę 1,3x45.

**Pytanie nr 33**

Pakiet nr 12 Poz. 24 Czy Zamawiający dopuści kaniulę 1,1x32, 1,1x33 lub 1,1x25?

**Odpowiedź nr 33**

Zamawiający dopuszcza kaniulę 1,1x33.

**Pytanie nr 34**

Pakiet nr 12 Poz. 25 Czy Zamawiający dopuści kaniulę 1,1x33 lub 1,1x25?

**Odpowiedź nr 34**

Zamawiający dopuszcza kaniulę 1,1x25.

**Pytanie nr 35**

Pakiet nr 12 Poz. 27 Czy Zamawiający dopuści kaniulę 0,9x25?

**Odpowiedź nr 35**

Zamawiający umieścił kaniulę 0,9x25 w poz. 26.

**Pytanie nr 36**

Pakiet nr 12 Poz. 28, 29 Czy w/w pozycjach Zamawiający wymaga tego samego typu kaniul?

**Odpowiedź nr 36**

Pozycja 29 – kaniule te są dla dzieci i noworodków.

**Pytanie nr 37**

Pakiet nr 12 Poz. 21-29 Czy Zamawiający dopuści kaniule z samodomykającym się korkiem?

**Odpowiedź nr 37**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 38**

Pakiet nr 12 Poz. 21-29 Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania. Zaproponowana zmiana umożliwi złożenie oferty większej ilości Wykonawców, co jest korzystne dla Zamawiającego zarówno pod względem jakościowym jak i cenowym.

**Odpowiedź nr 38**

Zamawiający wyraża zgodę i tworzy pakiet nr 12 a

**Pytanie nr 39**

Pakiet 14 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.=80szt. z odpowiednim przeliczeniem sztuk na opakowania?

**Odpowiedź nr 39**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 40**

Pakiet 14 Poz. 5-12 Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania. Zaproponowana zmiana umożliwi złożenie oferty większej ilości Wykonawców, co jest korzystne dla Zamawiającego zarówno pod względem jakościowym jak i cenowym. Poproszę o dopuszczenie masek tlenowych wysokiej jakości z przezroczystego i miękkiego

tworzywa, z drenem o przekroju gwiazdkowym, który zapobiega załamaniu się drenu i nie zamyka światła przepływu tlenu, z gumką która pozwala na dopasowanie maski do pacjenta, czysta mikrobiologicznie, reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź nr 40**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 41**

Pakiet nr 14 Poz. 14 Czy Zamawiający dopuści pojemniki do pobierania moczu w dwóch wersjach dla dziewczynek i chłopców?

**Odpowiedź nr 41**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 42**

Pakiet 15

Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania 10/500, reszta parametrów zgodnie z SIWZ?

Poz. 6 Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania 16/600, reszta parametrów zgodnie z SIWZ?

Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania 18/600, reszta parametrów zgodnie z SIWZ?

Poz. 10 Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos, jałowy, długość 210cm?

**Odpowiedź nr 42**

Zamawiający wyraża zgodę na w/w pytania.

**Pytanie nr 43**

Pakiet nr 15 Poz. 11-24 Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w/w pozycjach nie zaszła pomyłka i czy Zamawiający nie wymaga cewników Foley`a silikonowanych. Jednocześnie informujemy, że wartość cewników Foley`a 100% silikon jest ok. 10 razy wyższa niż silikonowanych.

Oraz

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley`a sterylizowany tlenkiem etylenu?

Oraz

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania. Zaproponowana zmiana umożliwi złożenie oferty większej ilości Wykonawców, co jest korzystne dla Zamawiającego zarówno pod względem jakościowym jak i cenowym.

**Odpowiedź nr 43**

Zamawiający dopuszcza silikonowane wykonanie cewników z wysokiej jakości lateksu, pokryte 100% silikonem.

Zamawiający dopuszcza cewnik Foley`a sterylizowany tlenkiem etylenu, oraz wydziela pozycje tworząc pakiet 15 a .

**Pytanie nr 44**

Pakiet nr 15 Poz. 11 Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley`a CH 10 pojemność balonika 3-5ml?

Poz. 17 Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley`a CH18 pojemność balonika 15-30ml?

Poz. 19 Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley`a CH20 pojemność balonika 15-30ml?

Poz. 21 Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley`a CH22 pojemność balonika 15-30ml?

Poz. 24 Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley`a CH 8 pojemność balonika 3-5ml?

**Odpowiedź nr 44**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 45**

Pakiet nr 15 Poz. 13-23 Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley`a 15-30ml?

**Odpowiedź nr 45**

Zamawiający dopuszcza 5-10ml.

**Pytanie nr 46**

Pakiet nr 15 Poz. 25, 26 Czy Zamawiający w/w pozycjach wymaga tego samego asortymentu?

**Odpowiedź nr 46**

Zamawiający wymaga tego samego asortymentu.

**Pytanie nr 47**

Pakiet nr 15 Poz. 31 Prosimy o podanie rozmiaru cewnika Tiemana.

**Odpowiedź nr 47**

Zamawiający zamawia rozmiary 12 i 14 po 5 opakowań.

**Pytanie nr 48**

Pakiet nr 15 Poz. 32 Czy Zamawiający dopuści cewnik do drenażu opłucnej z końcówką standardową 24CH 400mm? Jednocześnie informujemy, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, że cewnik firmy Bicakcilar posiada tylko jedna firma na polskim rynku.

Czy Zamawiający dopuści cewnik do drenażu opłucnej z ostro zakończonym końcem trójgrańcem 24CH, 390mm? Jednocześnie informujemy, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, że cewnik firmy Bicakcilar posiada tylko jedna firma na polskim rynku.

**Odpowiedź nr 48**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 49**

Pakiet nr 15 poz 32 Czy Zamawiający dopuści cewnik do drenażu opłucnej z tępy, gładkim końcem 24CH, 390mm? Jednocześnie informujemy, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, że cewnik firmy Bicakcilar posiada tylko jedna firma na polskim rynku.

Oraz

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania. Zaproponowana zmiana umożliwi złożenie oferty większej ilości Wykonawców, co jest korzystne dla Zamawiającego zarówno pod względem jakościowym jak i cenowym.

**Odpowiedź nr 49**

Zamawiający nie wyraża zgody na cewnik do drenażu opłucnej z tępy, gładkim końcem 24CH, 390mm.

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pakietu nr 15b.

**Pytanie nr 50**

Pakiet 16 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści igły Rakoczy 0,9x180?

Poz. 12,13 Czy Zamawiający dopuści opaski pakowane po 100szt. z odpowiednim przeliczeniem sztuk na opakowania?

Poz. 15-17, 27 Uprzejmie prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby kształt ostrza znajdował się na opakowaniu.

Poz. 24 Prosimy Zamawiającego o dokładniejszy opis przedmiotu zamówienia (średnica zewnętrzna, wewnętrzna, jednorazowego użytku...itd.)

**Odpowiedź nr 50**

Poz. 12,13, 15-17,27 – Zamawiający wyraża zgodę.

Poz. 24 średnica zewnętrzna 30, wewnętrzna 28, dł.65mm, jednorazówka, CC 004.

**Pytanie nr 51**

Pakiet nr 17 poz. 1-4 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie w/w pozycji. Z naszej bowiem wiedzy wynika, że rurka intubacyjna nie występuje w podanych rozmiarach.

**Odpowiedź nr 51**

Zamawiający unieważnia poz. 1-4.

**Pytanie nr 52**

Pakiet 18 poz. 1-5 Co Zamawiający rozumie poprzez pojemnik na odpady medyczne z wieczkiem skonstruowanym tak, że umożliwia zamykanie dwustronne tj. na roboczo i do transportu? Czy chodzi o system zamykania kiedy to pojemnik może być zamykany w sposób trwały (kiedy po wypełnieniu nie ma możliwości ponownego otwarcia) bądź nie?

**Odpowiedź nr 52**

Chodzi o system zamykania kiedy to pojemnik może być zamykany w sposób trwały (kiedy po wypełnieniu nie ma możliwości ponownego otwarcia) .

**Pytanie nr 53**

Pakiet 19 poz. 3 Prosimy Zamawiającego o podanie dokładnego typu papieru Mitsubishi (K 61B lub K65 HM).

**Odpowiedź nr 53**

Zamawiający zamawia papier K 61B.

**Pytanie nr 54**

Pakiet nr 3 poz 3 –czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe 14 cmx3m?

**Odpowiedź nr 54**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 55**

Pakiet nr 10 poz 7 - Czy Zamawiający ma na myśli rozmiar 300mmx60mmx100mb?

**Odpowiedź nr 55**

Zamawiający zamawia taki rozmiar.

**Pytanie nr 56**

Pakiet nr 11 poz 1 – Czy Zamawiający dopuści obłożenie z serwetą 90x80 cm w zastępstwie serwety 90x75cm, bez kompresów włókninowych 10x20cm oraz z ręcznikami celulozowanymi 50x40cm w zastępstwie ręczników włókninowych, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź nr 56**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 57**

Pakiet nr 11 poz 2 – Czy Zamawiający dopuści obłożenie z serwetą 90x80cm w zastępstwie serwety 90x75 cm, z pokrowcami na nogi pacjenta w rozmiarze 120x45cm, oraz z ręcznikami celulozowanymi 50x40cm w zastępstwie ręczników włókninowych, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź nr 57**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 58**

Pakiet nr 10 poz 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji papieru krepowego do sterylizacji o rozmiarze 1300x1500mmx100 arkuszy?

**Odpowiedź nr 58**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 59**

Pakiet nr 10 poz 2- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania paskowego wskaźnika chemicznego do pary wodnej w opakowaniu 250szt.

**Odpowiedź nr 59**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 60**

Pakiet nr 10 poz 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji rękawa foliowo – papierowego z fałdą o rozmiarze 300x60x100m?

**Odpowiedź nr 60**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 61**

Pakiet nr 10 poz 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji rękawa foliowo – papierowego z fałdą o rozmiarze 400x80x100m?

**Odpowiedź nr 61**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 62**

Pakiet nr 10 poz 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji rękawa foliowo – papierowego z fałdą o rozmiarze 75x30x100m?

**Odpowiedź nr 62**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 63**

Pakiet nr 10 poz 11 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji rękawa foliowo – papierowego rozmiarze 75x200m?

**Odpowiedź nr 63**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 64**

Pakiet nr 10 poz 12 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji samoprzylepnych torebek o rozmiarze 90x250x200 szt?

**Odpowiedź nr 64**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 65**

Pakiet nr 12 poz 14,15,16,17,20 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę jednostki miary ze sztuki na opakowanie 100 szt z podaniem cen jednostkowej za opakowanie, z jednoczesnym przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź nr 65**

Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie nr 66**

Pakiet nr 12 poz 21 – Czy Zamawiający ma na myśli, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, kaniulę w rozmiarze 17G 1,5x45mm?

**Odpowiedź nr 66**

Zamawiający ma na myśli kaniulę w rozmiarze 17G 1,5x45mm.

**Pytanie nr 67**

Pakiet nr 12 poz 22 – Czy Zamawiający ma na myśli, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, kaniulę w rozmiarze 18G 1,3x33mm?

**Odpowiedź nr 67**

Zamawiający ma na myśli kaniulę w rozmiarze 18G 1,3x33mm.

**Pytanie nr 68**

Pakiet nr 12 poz 23 - Czy Zamawiający ma na myśli, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, kaniulę w rozmiarze 18G 1,3x45mm?

**Odpowiedź nr 68**

Zamawiający ma na myśli kaniulę w rozmiarze 18G 1,3x45mm.

**Pytanie nr 69**

Pakiet nr 12 poz 24 - Czy Zamawiający ma na myśli, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, kaniulę w rozmiarze 20G 1,1x33mm?

**Odpowiedź nr 69**

Zamawiający ma na myśli kaniulę w rozmiarze 20G 1,1x33mm.

**Pytanie nr 70**

Pakiet nr 12 poz 25 - Czy Zamawiający ma na myśli, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, kaniulę w rozmiarze 20G 1,1x25mm lub 1,1x33mm?

**Odpowiedź nr 70**

Zamawiający ma na myśli kaniulę w rozmiarze 20G 1,1x25mm.

**Pytanie nr 71**

Pakiet nr 12 poz 27 - Czy Zamawiający ma na myśli, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, kaniulę w rozmiarze 22G 0,9x25mm?

**Odpowiedź nr 71**

Zamawiający ma na myśli kaniulę w rozmiarze 22GA 0,8x25mm.

**Pytanie nr 72**

Pakiet nr 12 poz 29 – Czy Zamawiający w pozycji 29 ma na myśli kaniulę dożylną G24 0,7x19 wykonaną z PTFE bez dodatkowego portu bocznego ze zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym zdejmowanie?

**Odpowiedź nr 72**

Zamawiający zamawia kaniulę dożylną przeznaczoną dla noworodków.

**Pytanie nr 73**

Pakiet nr 14 poz 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę jednostki miary ze sztuki na opakowanie 80 szt z podaniem ceny jednostkowej za opakowanie, z jednoczesnym przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź nr 73**

Zamawiający wyraża zgodę.



**Pytanie nr 74**

Pakiet nr 15 poz 6 – Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w tej pozycji cewnik z PCW do odsysania górnych dróg oddechowych z jednym otworem centralnym i dwoma bocznymi, jałowy CH 16 o dł. Standardowej 600mm?

**Odpowiedź nr 74**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 75**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w tej pozycji cewnik z PCW do odsysania górnych dróg oddechowych z jednym otworem centralnym i dwoma bocznymi, jałowy CH 18 o dł. Standardowej 600mm?

**Odpowiedź nr 75**

Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie nr 76**

Pakiet nr 15 poz. 11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24 – Czy Zamawiający ma na myśli Cewniki Foleya silikonowane?

**Odpowiedź nr 76**

Zamawiający ma na myśli Cewniki Foleya silikonowane.

**Pytanie nr 77**

Pakiet nr 15 poz 11 – Czy Zamawiający w tych pozycjach dopuści do zaferowania Cewnik Foleya z balonem o standardowej pojemności 3-5 ml?

**Odpowiedź nr 77**

Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie nr 78**

Pakiet nr 15 poz 12,13,14,16,18,20,23 – Czy Zamawiający w tych pozycjach dopuści do zaferowania Cewnik Foleya z balonem o pojemności 5-10 ml?

**Odpowiedź nr 78**

Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie nr 79**

Pakiet nr 15 poz 24 – Czy Zamawiający w tych pozycjach dopuści do zaferowania Cewnik Foleya z balonem o standardowej pojemności 3-5 ml?

**Odpowiedź nr 79**

Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie nr 80**

Pakiet nr 17 poz 1,2,3,4 – Czy Zamawiający w tych pakietach ma na myśli rurki Guedela?

**Odpowiedź nr 80**

Zamawiający usuwa z pakietu nr 17 pozycje 1-4.

**Pytanie nr 81**

Pakiet nr 19 poz 3 – Czy Zamawiający w tej pozycji ma na myśli papier rejestracyjny Mitsubishi K-61B 110x21?

**Odpowiedź nr 81**

Zamawiający ma na myśli papier rejestracyjny K-61B 110x21.

**Pytanie nr 82**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy z 24h na 72h od przyjęcia zamówienia.

**Odpowiedź nr 82**

Zamawiający dopuszcza termin dostawy do 48 godzin.

**Pytanie nr 83**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę Na zmianę w § 7 pkt 1a wzoru umowy.

**Odpowiedź nr 83**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 84**

Pakiet nr 12 poz 9,10 – Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga całych przedłużaczy pozbawionych ftalanow czy tylko drenu.

**Odpowiedź nr 84**

Zamawiający dopuszcza przedłużacze, których tylko dren byłby pozbawiony ftalanów.

**Pytanie nr 85**

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki Janeta 100ml z jednostronną skalą, sterylnej, nazwa producenta na cylindrze tłoka.

**Odpowiedź nr 85**

Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie nr 86**

Pakiet nr 1 poz 14,16,17,20 – Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania.

**Odpowiedź nr 86**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 87**

Pakiet nr 14 poz 6 – Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową o dł. 210cm przedłużaną , czystą mikrobiologicznie, reszta parametrów zgodna z SIWZ?

**Odpowiedź nr 87**

Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie nr 88**

Pakiet nr 14 poz 7,11 – Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową o dł. drenu 200cm, mikrobiologicznie czystą, z gumką która pozwala na dopasowanie maski do pacjenta, z wysokiej jakości przezroczystego i miękkiego tworzywa, które nie ulega załamywaniu, reszta parametrów zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź nr 88**

Zamawiający wyraża zgodę.